T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Hakan Turhaneri işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0920	ÖN VE ARKA ÇAPRAZ BAĞ MALZEME SETİ	1	Paket		
2		AE1650	BİOEMİLEBİLİR İNTERFERANS VİDASI TÜM BOYLAR	1	Adet		
3		AE1030	ÇİVİLİ TESPİT ZIMBASI	1	Adet		
4		AE1070	FEMORAL ASANSÖR FİKSASYON ASKI SİSTEMİ	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:4.12.2020 09:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme teslimde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

DÜĞMELİ ASANSÖRLÜ FEMORAL ASKI SİSTEMİ

- Femoral fiksasyonda hemstring uygulamalarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- Titanyumdan imal edilmiş olup ;steril paketlerde ve kullanıma hazır olmalıdır.
- 4 delikli olmalıdır.
- İmplantın ortasından geçen ip UHMWPE olmalıdır.
- İmplant üzerinde kolayca çekilip kortekse yerleştirilebileceği iki farklı renkte yüksek çekme kuvvetine dayanıklı (fiber) suture hazır olmalıdır.
- İmplant yerleştirilirken herhangi bir tünel ölçümüne ve implant boyuna gerek duyulmamalıdır.
- Steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

PEEK İNTERFRANCE VİDASI ŞATNAMESİ

- ACL ve PCL ameliyatlarına kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Vidanın dişleri tendonu kesmeyecek biçimde soft olmalıdır.
- 6,7,8,9,10,11,12mm çap ve 25,30mm boylara sahip olmalıdır.
- PEEK dan imal edilmiş olmalıdır.
- Steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

LİGAMENT STAPLE ŞARTNAMESİ

- ACL ve PCL ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- U şeklinde tırtıklı bir yapıya sahip olmalıdır.
- 6,8,10,11mm boylara sahip olmalıdır.
- Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- Steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

PASSİNG PİN

- ACL ameliyatlarında tibial ve femoral tünellerin açılması sırasında drillere yol gösterici, aynı zamanda tendonun tünele taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Ucu dril ve/ veya trokar tipte olmalıdır.
- Uzunluğu 43cm eni ise 2.4mm olmalıdır.
- Arkasında taşıma iplerinin takılacağı delik bulunmalıdır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiş ve uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır. Steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

NİOTİONAL GUİDE

- ACL PCL ameliyatlarında metal,PEEK vada bio bozunur vidaların tünele kolayca yerleştirile bilmesi için yol gösterici amaçla üretilmiş olmalıdır.
- İki ucu küt yapıda esnek ama bükülüp kalmayan kısa sürede eski haline gelen bir yapıda olmalıdır.
- Alınacak metal,PEEK ve bio bozunur vidaların kanül caplarına uygun genişlikte olmalıdır.

KLOTHO FIBER SUTURE ŞARTNAMESİ

- 1. 2 ve 5 numara boylara sahip olmalıdır.
- 2. Siyah beyaz, mavi beyaz ve sade beyaz renklerde olmalıdır.
- 3. Kesilmiş ya da makara şeklinde olmalıdır.
- 4. Kalite belgelerine sahip olmalıdır.

ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
HAKAN TÜRHANERİ
Doğum Tarihi: 15.07.1978 / Dosya No : 48995
T.C. No: 11926362752
Prot. No : 200539626 Kurumu:SGK (Genel Sag
Başvuru Tarihi :01.12.2020 13:12:34
Tahmini Mua. Saat:13:23:00 14:23:00 SIRA NO
Doktor :Uzm.Dr.SUAT SELEK
64

Çukurova Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Suat SELEK
Dip.Tes.No.: 77704
Ortopedi ve Travmatoloji

DISPOSABLE SHAVER BLADE AND BURR

- Artroskopik Yumuşak Doku Rezeksiyonu, Kemik Rezeksiyonu Ve Menisektomide Kullanılmalıdır
- Arkası Plastik ,İç Kesici Bıçak Ve Dış Kanülü Olmalıdır
- Steril Paketlerde Ve Tek Kullanımlık Olmalıdır- 4,0 mm Dış Çaplarında,kesme tipine göre Farklı Renk Kodlarına sahip Olmalıdır
- Kesici Uçlar, Dişli Ve Dişsiz, Kemik Rezeksiyon Uçları Yuvarlak , Silindirik ve drill tipte Olmalıdır.Uçlar, normal, mini ve maxi 3 tipte olmalıdır.
- Piyasada satısı bulunan en az 4 farklı cihaza uyumlu olmalıdır.