T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Oktay Başar işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0920	ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) REKONSTRÜKSİYONU MALZEME SETİ (AE0920)	1	Takım		
2		AE1090	ENDOBULTUAN	1	Adet		
3		AE1070	FEMORAL ASANSÖR FİKSASYON ASKI SİSTEMİ	1	Adet		
4		AE1030	ÇİVİLİ TESPİT ZIMBASI	1	Adet		
5		AE1620	İNTERFERANS DÜBELİ PEEK TÜM BOYLAR	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.02.2021

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

AE0920 ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSİYON MALZEME SETİ
AE0930 ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSİYON REVİZYONU MALZEME SETİ
AE0940 ARKA ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSİYONU MALZEME SETİ
AE0950 ARKA ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSİYON REVİZYONU MALZEME SETİ

Sıra No	Sut Kodu	Malzeme Adı	Miktar
1	AE1850	CROSSPIN	1
2	AE1090	ENDO BUTTON	1
3	AE1070	ASANSÖRLÜ ASKI SİSTEMİ	1
4	AE2310	PASSING PIN	3
5	AE2320	NITINOL TEL	1
6	AE1030	U ÇİVİSİ	1
7	AE2410	RF PROBU	1
8	AE2230	GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTUR	2
9	AE1660	GENİŞLETİLEBİLİR KANÜLLÜ İNTERFERANS VİDASI TİTANYUM	1
10	AE1660	KANÜLLÜ İNTERFERANS VİDASI TİTANYUM	1
11	AE1620	KANÜLLÜ İNTERFERANS VİDASI PEEK	1

1-CROSSPIN AE1850

- Femoral Tünel Hamstrıng Tespitinde Kondile Yerleşmeli
- Graftin Ortasından Geçip Grefti Asacak Özellikte Vidalanarak Veya Çakılarak Tespit Edilebilmeli
- Korteks Tutunma Noktası Ters Yivli Olup Gerektiğinde Yiv Yönünde Döndürülerek Çıkartılabilmeli
- Hammaddesi Titanyum Alloy Olmalı
- Kanüllü Ve Kanül Çapı 1-1,5 Mm Arasında Olmalı
- Gövde Çapı 3mm Ve Uzunluğu 5 Cm Olmalı
- Uç Kısmı 1,5-2 Cm Uzunluğunda Grefti Koruma Amaçlı Konik Olmalı
- Yiv Çapı 6 Mm Ve 5-8 Mm Uzunluğunda Başsız Olmalı

2-ENDO BUTTON AE1090

- Titanyum Ve Polyester Materyalden İmal Edilmiş Olacaktır.
- Greftin Ortasından Geçip Asacak Şekilde Düğümsüz(Continuous Loop) Olarak Yapılmış Bir İpliğe Sahip Olacaktır.
- Düğümsüz İplik Dört Delikli Titanyumdan İmal Edilmiş Bir Düğme Üzerinde Olacaktır.
- Düğümsüz İplik Uzunluğu 12(Oniki) Mm İle 40(Kırk) Mm Arasında Uzunluklarda Ve 5(Beş)'Er Mm Artışlarla Olacaktır.
- Düğmenin Boşta Kalan Deliklerinden Konumlandırılmasında Yardımcı Olacak İki Farklı Renkte Sağlam Çekme İplikleri Geçirilebilecektir.
- İmplant Tekli Steril Paketlerde Kullanıma Hazır Halde Olacaktır. Steril Süresi Teslim Tarihinden İtibaren En Az 2(İki) Yıl Olacaktır.
- Uygulama İçin Gerekli Yardımcı Malzeme Ve Setler Yüklenici Firma Tarafından, Mülkiyeti Yüklenici Firmada Kalmak Şartıyla Ameliyatlara Servis Yapılacaktır.

3-ASANSÖRLÜ ASKI SİSTEMİ AE1070

- Düğme implantın hammaddesi titanyum olmalı ve üzerinde iki adet sütur deliği olmalıdır.
- İmplantın loop askı süturu hammaddesi özel güçlendirilmiş UHMWPE olmalıdır.
- Sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme süturu hazır olarak bulunmalıdır.
- Kullanıma hazır steril pakette olmalıdır.
- Femoral tünel tendon tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.
- İmplantın altında greftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş loop şeklinde askısı olmalıdır.
- Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan kilitleme sistemi sayesinde loop kısmı daraltarak tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

4- PASSING PIN AE2310

- Tibia Ve Femurda Tünel Açmaya Yardımcı Olmalı
- Paslanmaz Çelik Olmalı
- 2,3mm - 2,5 Mm Aralığı Çapında, 28cm - 30 Cm Arası Uzunlukta, Ucu; 2mm - 6 Mm Aralığında Sivri Üç Kesitli Konik Yapıda Ve Yivsiz Olmalıdır.

5-NITINOL TEL AE2320

- Çapı 1mm-2mm, olmalıdır.
- İki ucu da künt olacaktır

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Sefa KILIÇ
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 141544

6- U ÇİVİSİ AE1030

- Yumuşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanılmalı
- U Şeklinde Olmalı Ve İç Orta Kısmında Kaymayı Engelleyecek Dişler Olmalı
- Ayak Uzunluğu 1,5cm - 2 Cm Arasında Olmalı
- Krom Kobalttan Veya Titanyumdan İmal Edilmiş Olmalı
- Tutunma Yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntılar Olmalı
- Dış Genişliği 1-1,5cm Arasında İç Genişliği 0,5cm -1 Cm Arasında Olmalıdır

7- RF PROBU AE2410

- Frekans Aralığı: 0.3mhz~3.0mhz Olmalıdır.
- Çıkan Akım 70ma Olmalıdır.
- Çıkış Gücü ≤120W Olmalıdır
- Minimum 3.0mm Çapında Olmalıdır.
- Elcekten Sonra Minimum 17 Cm Çalışma Uzunluğunda Olmalıdır.
- Kendinden Kablolu Olmalıdır.Ve Minumum Kablo Uzunluğu 3 Metre Olmalıdır.
- Hastanelerdeki Tüm Koter Cihazlarına Uyumlu Olmalıdır.
- Kendi Elceğinden Koagülasyon,Büzüştürme Ve Kesme İşlevlerini Yapabilmelidir.
- Cihazın Uç Kısmı, 90 Derece Açılı Olmalı Ve Yatay Çizgili,Dikey Çizgili,Düz(Flat),Top Şeklinde(Ball), Küret Şeklinde Olmak Üzere Beş Farklı Biçimde Olup Operasyonlarda Farklı Doku Çeşidine Göre Kullanılabilmelidir. Hangi Çeşit Uç Alınacağı İlgili Hekim Tarafından Belirlenecektir.

8- GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜR AE2230

- Omuz cerrahisinde (Bankart lezyon tamiri, SLAP lezyon tamiri, kapsulolabral tamiri,rotator kaf Tamiri ve biseps tenodesis), diz cerrahisinde (ACL/PCL tamirinde graft tespitinde), ayak bileği cerrahisinde (achilles tendon tamirinde) v.b. kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fiber v.b. materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- Tekli steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.
- #2 numara sütur kalınlığında olmalıdır.
- En az 90cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Yüksek dayanım ve çekme gücüne sahip olmalıdır..

9-GENİŞLETİLEBİLİR INTERFERANS VİDASI AE1660

- Kemik Tüneli İçinde, Bilinen Vidalara Kıyasla Vida Boyu Kadar Tendona Bası Yapabilmelidir.
- Kanüllü Yapıda Olmalıdır.
- Üretim Maddesi Titanyum Alloy Olmalıdır.
- Dış Çaplar 7 – 8 – 9 – 10 Mm, Boyları 25mm – 30mm –35mm Uzunluklarında Olmalıdır.
- Vida Arkası Tam Yuvarlatılmış Olmalı.
- Birbirini Tamamlayan İç İçe İki Parçadan Oluşmalıdır.
- Expansive Vidanın Gövdesi Boyunca Uzanan Dört Adet Kanal Olmalıdır.
- Vidanın İçine Ayrıca Vidalanabilen, Yaklaşık Vida Boyu Kadar Uzunlukta Genişletme Pini Olmalıdır. Bu Pin Vidanın İçine Vidalandıkça Vidanın Uç Tarafındaki Konik Yapısı Dışa Doğru Açılmalıdır.
- Hem Femoral Hem De Tibial Fiksasyonuna Uygun Olmalıdır.

10-İNTERFERANS VİDASI TİTANYUM AE1660

- Kanüllü Yapıda Olmalıdır.
- Üretim Maddesi Titanyum Alloy Olmalıdır.
- Dış Çaplar 7 – 8 – 9 – 10 Mm, Boyları 25mm – 30mm –35mm Uzunluklarında Olmalıdır.
- Vida Arkası Tam Yuvarlatılmış Olmalı.
- Kemik Tüneli İçinde, Bilinen Vidalara Kıyasla Vida Boyu Kadar Tendona Bası Yapabilmelidir.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTA...
Uzm. Dr. Sefa KILIÇ
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 141544