T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem İlhan Karaca işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0980	ROTATOR KILIF ONARIMI MALZEME SETİ (AE0980)	1	Takım		
2		AE1260	5.0 MM SÜTUR ANCOR	2	Adet		
3		AE1540	SÜTUR ANKOR TİTANYUM TÜM BOYLAR	2	Adet		
4		AE2260	SÜTÜR TAŞIYICI/SÜTUR İTİCİ VE LOOPLU TEL İLE KOMBİNE (AE2260)	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.05.2021 08:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

ROTATORKILIF ONARIMI MALZEME SETİ (AE0980)

CORKSCREW II SUTURE ANCHOR (AE1260)

- Kemiğe Vidalanarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılmalıdır,
- Kemiğe Tespit Malzemesi Titanyum Bileşeninden Oluşmalıdır,
- Vida İç Gövde Çapı 2mm , Yiv Çapı 5mm Olmalıdır,
- Vida Toplam Uzunluğu 15.5mm Olmalıdır,
- Vida Arkasından Geçirilmiş Yumuşak Doku Tespiti İçin 2 Adet Farklı Renklerde 2 numara polietilen gövdeli polyester kaplı Dikiş Materyali Bulunmalıdır,
- Suture Kopma Dayanıklılığı en az 27 Kg olmalıdır,
- İplerin Rahat Hareketini Sağlamak İçin Vida Arkasında İki Adet Ayrı Yuva Yan Yana Olmalıdır,
- Kemiğe Tespit Ederken , Kendi Tornavidasına Takılı Olup Başka Bir Alete Gereksinim Duyulmamalıdır.
- Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir
- Kemiğe Tespit, Vidalama Yöntemi İle Yapılmalıdır.
- Gerekli Durumlarda Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabilme İmkanı Olmalıdır
- Tornavidasının Toplam Uzunluğu 23 cm Olmalıdır
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır,
- Tekkullanımlık cift kat steril paketlerde olmalıdır

DISPOSABLE GRASPER İĞNELİ (AE2300)

- Artroskopik omuz cerrahisinde yumuşak doku içinden sutur geçirilmesinde kullanılmalıdır
- Toplam 26cm uzunluğundaki iğne 1.5 mm çapındaki tel ve ucunda sabit 5.5 cm uzunluğundaki nitinol parçadan oluşmalıdır,

İğne özel doku tutucusuna sabitlenebilmeli ve birlikte kullanılmalıdır

SUTUR TAŞIYICI(AE2260)

- Tüm Artroskopik Rotator Cuff ,Bankart Ve Slap Lezyonlarının Girişimlerinde Kullanılabilecek Özellikte Olmalıdır.
- Kanüllü Olmalı Ve Kanül İçerisinde 1 Adet esnek yapıda nitinol loop tel Bulunmalıdır.
- 45 derece sağa ve sola kıvrımlı, 90 ve 45 Derece yukarı Eğimli Çeşitleri Olmalıdır.
- Ucu İğne Şeklinde Her Türlü Yumuşak Dokudan Kolay Geçebilecek Özellikte Olmalıdır.
- Esnek yapıdaki nitinol loop tel, kanül gövdesindeki boşluktan İleri Geri rahat Hareket Ettirilebilmelidir,
- Sterile Paketlerde Ve Tek Kullanımlık Olmalıdır.

DÜĞÜMSÜZ DÜBELLİ ÇAKILABİLİR ANCHOR 4.5MM (AE1540)

- Kemiğe Çakılarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılmalıdır
- Self taping özellikte olup kendiliğinden kemiğe yer açıp yerleştirilmeli ve başka bir yer açıcı alete gerek duyulmamalıdır.
- İmplant 2 ayrı parçadan oluşmalı, uç kısım konik ve sivri özellikte titanyum maddesinden ve ana gövde PEEK(poly-ether-ether-ketone) materyalinden, Oluşmalı ve kendine özel çakıcısı üzerinde olmalıdır
- İmplant uç kısmı tesbit suturelerinin geçirileceği deliğe sahip olmalı
- İmplantın ana gövdesi kemiğe çakıldığında uç kısmın geri gelmemesini sağlamalıdır
- İmplant ana gövdesi çapı 4.5 mm ve toplam uzunluğu 18.5 mm olmalıdır,
- Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir
- Yumuşak Dokuların Kemiğe Tesbitinde düğüm atmaya gerek kalmadan çakma Yöntemi İle Tesbit Yapılmalıdır.
- Gerekli Durumlarda Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabilme İmkanı Olmalıdır
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır,

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Sedat YENİOCAK
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 104378

FiberWire (AE2220)

- Suturlar U.S.P. sütur standartlarına uygun olmalıdır.
- Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UYMAP) bir nüve üzerine örülmüş UYMAP ve polyesterden yapılmalıdır. İlave malzemeler ise silikon elastomer ve siyanoakrilat olmalıdır.
- Sütur, cerrahide kullanım için örülmüş, sterilize edilmiş ve kaplanmış polietilen elyaftan ve polyester elyaftan yapılmalıdır.
- Kaplama, süturun kayması, düğüm atma, ve süturun dokudan kolay geçmesi için kayganlaştırıcı vazifesi görümelidir.
- Tek kullanımlık tekli ambalajlarda olmalıdır.
- Paket üzerinde sterilizasyon tarihi olmalıdır.
- 2-0 kalınlığında en az 45 cm uzunluğunda ipi olan ve 26.5 mm ½ yuvarlak iğneli olmalıdır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.

Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili mevzuatı kapsamına uygun olmalıdır.

Alım yapılan her set ile ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinde 3000 TL ye kadar olan fatura bedellerinde 30 TL , 3000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin sterilizasyon ücreti %1 oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir.

Yüklenici tarafından steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Sedat YENIOCAK
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 104378