T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Ahmet Hamdi Toksoy işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		OR2200	VAKUM YARDIMLI (YARA DRENAJI) TOPLAMA KABI	6	Adet		
2		OR2160	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ ORTA BOY	6	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:4.01.2022 09:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

SMT1373VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, negative basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kapama seti içerisinde bulunan pansumanın hammaddesi poliüretan özellikte olmalıdır. 3. Ürünün küçük, orta, büyük boyları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Yara tedavisinde en etkin sonucu alabilmek amacıyla negative basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek hidrofobik özellikte ve açık, gözenekli yapıda olmalıdır. 5. Kapama seti içerisinde pansuman ile terapi ünitesi arasında ki bağlantıyı sağlayan bir düzenek olarak bağlantı hortumu bulunur. 6. Bağlantı hortumunun belirli süre hasta ile terapi ünitesini ayırmaya olanak sağlayacak bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır. Bu klemplerin, bağlantı hortumunun herhangi bir noktasında kapalı olması durumunda veya pansumandaki olası basinç iletim sorunlarında terapi ünitesi tıkanıklık uyarısı vermelidir. 7. Kapama seti ile kullanılabilen her türlü terapi ünitesi, negative basınçta sapma göstermeden basıncı iletebilmelidir. (±5mmHg standart sapma dahilindedir). 8. Kapama seti içerisinde yaradaki sızdırmazlığı sağlayan şeffaf, steril drep bulunmalıdır. Drep, maserasyon, pozisyon değişimi gibi etmenlere karşı dayanıklığını ve bütünlüğünü koruyan özellikte olmalıdır 9. Kapama seti ile beraber çalışan terapi ünitesi, sürekli ve aralıklı olmak üzere en az iki farklı modda negative basinç sağlamalıdır. (Aralıklı modda; hastada oluşacak ağrıyı azaltmak ve pansumanın bozulması engellemek amacıyla negative basinç hiçbir aşamada sıfırlanmamalıdır ve basinç azalışları/artışları yavaş bir şekilde gerçekleştirilmelidir.) 10. Terapi ünitesi; herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, düşük batarya, toplama kabı doluluğu gibi problemler olduğunda sesli veya görsel olarak alarm vermelidir.
Genel Hükümler:	11. Kapama seti tek kullanımlık, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 13. Firma vakum yardımlı kapama seti talebiyle ve kullanılacak hasta sayısıyla orantılı olarak kullanım sona erinceye kadar hastanede kalmak ve kullanılmak üzere sağlık

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ

Uzm. Dr. Cem SEZER
Genel Cerrahi Uzmanı
Sic. Tes. No: 111715

SMT1373VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ

	hizmet sunucusunun ihtiyacı kadar vakum yardımlı terapi ünitesini ücretsiz olarak vermeyi taahhüt etmelidir. 14. Kurumun Firmadan alabileceği Klinik Destek Hizmetleri kapsamında; 15. Firma eğitim konusunda ürün kullanılan Ameliyathane, Klinik v.b.yerlerde ilgi ürünü kullanacak olan personele ilk teslimatın yapıldığı zamanda eğitim vermelidir. 16. Firma ilk teslimat sonarsı eğitimi bire bir verilmelidir. 17. Sonra ki periyodik eğitimler ise "eğitim formu" ile kayıt altına alınmalıdır. 18. Eğitimler kurum talebi olması durumunda periyodik aralıklarla devam etmelidir. Periyodik eğitimler çeşitli eğitim yöntemlerinden (görsel (video, ses kaydı vb.), kullanım kılavuzu, yüzyüze eğitim)biri veya bir kaçı ile verilmelidir. 19. Kurumun firmadan alabileceği Klinik Teknik Destek Hizmeti kapsamında: 20. Firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde firma hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 48 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alınarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir. 21. Firma kuruma herhangi bir olumsuzluk durumunda veya mevcut cihaz sayısı yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere yedek cihaz bırakmalıdır. Kuruma teslim edilecek yedek cihaz oranı; 5 cihaza kadar 1, 5 ten fazlası için ise % 20 olarak şeklinde olmalıdır. 22. İhtiyaç duyulduğunda; firma tarafından tedaviyi aksatmayacak şekilde cihaz desteği sağlanmalıdır. 23. Firma25 Sete kadar minimum 1adet(1adetyedeği ile birlikte) cihaz teslim etmek zorundadır.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Cem SEZER
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 111715

Çukurova Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet KORKMAZ
Dip. Tes. No: 103577-87701
Genel Cerrahi Uzmanı

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. NEBİ TANT
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No:

SMT1376 VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Üründe500 ml ve altı küçük boy, 500 ml üzeri ise büyük boy olmak üzere çeşitli milim kapasitesinde ebatlarıolmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Toplama seti, diğer hastalara ve sağlık profesyonellerine enfeksiyon bulaşma riskinin önüne geçme amacıyla hiçbir şekilde açılamayan, açık bir ucu bulunmayan ve kırılmaya dayanıklı özellikte olmalıdır. 4. Toplama seti, terapi ünitesi üzerindeki düzenek yardımıyla sabitlenebilir olmalıdır 5. Toplama setinin terapi ünitesinin negatif basıncı ilettiği yerde, dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen karbon ve benzeri filtreler bulunmalıdır. 6. Toplama seti içerisinde gelen sıvının jelleşmesini sağlayacak materyal bulunmalıdır. 7. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi üzerinde toplama kabının yerinde olup olmadığını algılayan sensörler bulunmalı veya toplama kabı cihaz üzerinde olmadığında sesli veya görsel uyarı vermelidir. 8. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi, toplama kabı dolduğunda sesli veya görsel olarak alarm vermelidir. 9. Terapi ünitesi; herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, düşük batarya, toplama kabı doluluğu gibi problemler olduğunda sesli veya görsel olarak alarm vermelidir.
Genel Hükümler:	10. Toplama setitek kullanımlık olmalıdır. 11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve UBB ve Lot bilgisi olmalıdır. 12. Ürün birlikte kullanılacağı terapi ünitesi ve diğer sarf malzemeler ile aynı marka olmalıdır. 13. Firma 25 Sete kadar minimum 1 adet (1 adet yedeği ile birlikte) cihaz teslim etmek zorundadır.