T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Fadime Karaosmanoğlu işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AP2050	FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM KAPLAMALI - HA	1	Adet		
2		AP1880	BIPOLAR CUP	1	Adet		
3		AP1750	FEMORAL HEAD	1	Adet		
4		TV5750	KABLOLAR VE BANDLAR, ELASTİK KABLO, ORTAK KULLANIM,TÜM KEMİKLER,YARDIMCI ÜRÜNLER,KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) ,POLİMER,TÜM BOYLAR (TV5750)	5	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:5.01.2022 12:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

ÇİMENTOSUZ MODÜLER POROZ KAPLAMALI / PLAZMA + HA (ÇİFT KAPLAMALI) KAPLAMALI TOTAL KALÇA PROTEZİ

- **Femoral Komponent Modüler, Çimentosuz Modüler Proksimal Parça, CoCrMo / Titanyum (Ti6Al4V ELI) - AP 3630**
- **Femoral Komponent Modüler, Çimentosuz Modüler Stem 100 mm. – 150 mm. , CoCrMo, Poroz Kaplamalı - AP 2080**
- **Femoral Komponent Modüler, Çimentosuz Modüler Stem 100 mm. – 150 mm. , Titanyum (Ti6Al4V ELI), Plazma + HA (Çift Kaplama) Kaplamalı - AP 2050**
- **Femoral Komponent Modüler, Proksimal Kilitleme Vidası - AP 3780**
- **Femoral Baş, Ø22 mm. CoCrMo – AP1700**
- **Femoral Baş, Ø28 mm. CoCr – AP1750**
- **Femoral Baş, Ø 32 mm. CoCr – AP1800**
- **Femoral Baş, Ø 36 mm. CoCr – AP1860**
- **Asetabular Kap, Çimentosuz, Plazma +HA (Çift) Kaplamalı, Titanyum (Ti6Al4V ELI) - AP 1490**
- **Asetabular Liner, UHMWPE – AP 1600**
- **Asetabular Vida, Titanyum (Ti6Al4V ELI) - AP 1670**

1. Proximal parça, femoral stem ve proksimal kilitleme vidası, ASTM F75 / ISO 5832-4 standardına uygun CoCrMo alaşımı yada ISO 5832-3 / ASTM F136 standardına uygun titanyum (Ti6Al4V ELI) alaşımı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Protezin oluşturan proximal parçalar (gövdeler) iki tip (Standart ve Lateralize) , 135º boyun açılı ve 12/14 koniğe uygun yapıda imal edilmiş olmalıdır. Trokanter majör bölgesinde tendon bağlama delikleri bulunmalıdır.
3. Femoral parçaların küre konikleri 12/14 yapıda olmalı ve Ø22 mm. – Ø28 mm. - Ø32 mm. ve Ø36 mm.femoral başlar ile kullanılabilmelidir.
4. Proksimal parçaların (gövdelerin) kilitleme vidası deliği ve konik yuvaları hariç tamamı kumlanmış olmalı ve silindirik stem üzerinde 360 derece konumlandırılabilerek istenilen antiversiyon açısı verilebilmelidir.
5. Proksimal parça (gövde) ile stemler ve küreler ile tapared olarak birbirine geçmelidir.
6. Proksimal parçaların (gövdelerin) standart ve lateralize olmak üzereiki tipte ve 4 er boy seçeneği olmalıdır.
7. Protezi oluşturan femoral stemlerin en az 2/3 lük kısmı çimentosuz kullanıma uygun olarak poroz (boncuk) yada titanyum plazma + HA (Hidroksiapatit) kaplı (çift kaplamalı) olmalıdır.
8. Femoral stemler, Ø12 mm. den Ø22 mm. ye kadar farklı çaplarda ve 2 ayrı boyda (100 mm. , 150 mm.) olmalıdır. 150 mm. lik femoral stemlerde distal yarık olmalıdır.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Hasan MULLAOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 165240

9. Femoral stemin her çap ölçüsü için ayrı ayrı oyucusu olacak ve oyucular modüler olarak T anahtara uyumlu olmalıdır.
10. Proximal parçaları (gövdeleri) femoral stemlere sabitlemek için, 4 farklı boydaki proksimal parça (gövde) için dört ayrı boyda kilitleme vidası olmalıdır.
11. Femoral başlar, ASTM F75 / ISO 5832-4 veya ASTM F 1537 / ISO 5832-12 standardına uygun CoCrMo alaşımlı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
12. Femoral başlar, Ø22mm. , Ø28mm. , Ø32 mm. ve Ø36 mm. olmak üzere 4 farklı çapta bulunmalıdır. Ø28 mm. – Ø32 mm. ve Ø36 mm. femoral başlar 5 farklı ofsete, Ø22 mm. femoral baş 4 farklı ofsete sahip olmalıdır.
13. Femoral başların koniği, proksimal parçanın (gövdenin) koniğiyle uyumlu yapıda olmalıdır. Dış yüzeyleri parlatılmış olmalıdır.
14. Asetabular kaplar ISO 5832-3 / ASTM F136 standardına uygun titanyum (Ti6Al4V ELI) alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
15. Asetabular kaplar çimentosuz kullanıma uygun olarak titanyum plazma + HA (Hidroksiapatit) kaplı (çift kaplamalı) olmalıdır.
16. Asetabular Kaplar Ø40 mm. den Ø 68 mm. ye kadar, 2'şer mm. lik farklarla toplamda 15 farklı ölçüde olmalıdır.
17. Asetabular kaplardaki vida delikleri "hole cover" tip kapalı olmalı, gerektiğinde vida kullanılacak delikteki "hole cover" çıkarılabilmelidir. Bu sayede vida kullanılmayan delikler kapalı ve dış yüzeyi kaplamalı kalmalı, kemik ile tutunmasını arttırmalıdır.
18. Ø40 mm. – Ø42 mm. – Ø44 mm. Asetabular kaplar 2 adet vida deliğine, diğer ölçüdeki asetabular kaplar 3 adet vida deliğine sahip olmalıdır.
19. Asetabular kaplara endcup takılı olmalıdır.
20. Asetabular vidalar ISO 5832-3 / ASTM F136 standardına uygun titanyum (Ti6Al4V ELI) alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
21. Asetabular vidalar Ø6,5 mm. çapta ve 15 mm. den 50 mm. ye kadar 5 er mm. farkla 8 farklı boyda olmalıdır.
22. Asetabular linerlar, ISO 5834-2 standardına uygun UHMWPE malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
23. Asetabular linerların 0° / 10° / 20° derecelik alternatifleri olmalıdır.
24. Ürünlerin ambalajlarının üzerinde barkod, ürün kodu, lot numarası ve ürüne ait diğer bilgiler bulunmalı kolay kullanıma uygun üç kat ambalajda gama steril edilmiş olmalıdır.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Hasan MÜLLAOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 165240

ELASTİK POLİMER SERKLAJ BAND ŞARTNAMESİ

SUT : TV 5750

- Ürün UHMWPE güçlendirilmiş malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Malzeme tüm kemik kırıklarına uygun yapıda olmalıdır.
- Malzeme enaz 5 mm genişlikte olmalıdır. Uzunluklarenaz 300 en fazla 500 mm arasında, farklı boylarda olmalıdır.
- Malzeme kırık hattına uygulanabilmelidir.
- Band düşük profilli olmalı ve plak üzerinden uygulanabilmeledir.
- Otomatik gerdirici sistemi tek bir bağlamayla hem gerdirmeli hemde kilitlemelidir.
- EO ile steril edilmiş olmalıdır.

Alımı yapılan her set ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinden 3.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 30 TL. 3.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir. Yüklenici tarafından Steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUB) \ÜRÜN Takip Sistemi (ÜTS) kayıt\bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.Sağlık Bakanlığı nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatına uygun ürün olamlıdır.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Hasan MÜLLAOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diş. Tes. No : 165240