T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Nurdane Şahın işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKUL
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AP2230	FEMORAL KOMPONENT BAĞ KORUYAN	2	Adet		
2		AP2660	TİBİAL KOMPONENT	2	Adet		
3		AP2460	TİBİAL İNSERT - ROTASYONLU - BAĞ KESEN	2	Adet		
4		AP3150	YIKAMA	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:17.01.2022 12:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

BAĞ KESEN BAĞ KORUYAN HAREKETLİ VE SABİT KULLANILABİLEN TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Diz protezi sisteminin stabilitesi ACL ve PCL'nin korunmasına ya da kesilmesine bağlı olmamalıdır. Aynı enstrümanlar kullanılarak ameliyat esnasında PCL kesilebilmeli ya da korunabilmelidir. Komponent değişikliğine ihtiyaç duyulmamalıdır. Kısıtlayıcı olmamalıdır.
2- PCL Kesen Femoral Component ve meniskal insertler pegli dizaynda olmalıdır.
3- Diz protezi sistemi komponentleri CoCr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4- Mobile meniskal komponent UHMWPE ve High Cross-Linked seçenekli ve alt yüzeyi düz olmalıdır.
5- Mobil insert anterior-posterior yönde hareketli ve medial-lateral yönde rotasyon yapabilmelidir.
6- Tek bir boy meniscal insert her boy tibial komponent ile kullanılabilmelidir.
7- Meniskal insertler Deep-Dish yapıda olmalıdır.
8- Meniskal komponentler 7mm ile 24,5mm arasında 2,5mm'lik aralıklarla büyüyen kalınlıklara sahip olmalıdır. İstenildiğinde 17mm'nin üzerinde 2,5mm ile artan aralıklarda insert boyları da bulunmalıdır.8 Adet insört boyu olmalıdır.
9- Meniskal insertler 12,5 Medial 12,5 Lateral, 2,5 Anterior 2,5 Posterior hareket kabiliyetine sahip olmalıdır.
10- Sabit meniskal komponent UHMWPE ve High Cross-Linked seçenekli ve alt yüzeyi düz olmalıdır. Tibial komponent üzerindeki stopper direklerin her ikisine kilitlenebilmelidir.
11- Tibial komponentlerin insert ile kontakta olduğu üst yüzey metal stoperler ve direkler dahil mirror-finish şeklinde parlatılmış olmalıdır.
12- Tibial komponentin kendinden central stemi bulunmalıdır ve medial lateral taraflarda kanallı, tapered pegleri ile keel yapısına sahip olmalıdır.
13- Tibial komponent kendiliğinden 10 derece posterior slota sahip olmalıdır.
14- Tibial Komponentte meniskal insertlerin çıkmasını engelleyici bir kilit mekanizması bulunmalıdır.
15- Tibial komponent 5 boya sahip olmalıdır.
16- Diz protezi sisteminin tüm femoral komponentlerinin distal-posterior, medial-lateral kondillerinin kavis çapı aynı olmalıdır. Bu kavis çapı meniscal insertlerde de aynı olmalıdır.
17- Seçilen herhangi bir femoral komponent, herhangi bir boy tibial komponentle ve herhangi bir boy insert ile uyum sağlamalıdır. Kısıtlayıcı olmamalıdır.
18- Femoral komponent Anatomik ve 5 boya sahip olmalıdır.
19- Femoral komponentlerin ve tibial komponentlerin iç yüzeyi, 2mm çimento yüzeyi sağlayacak yapıya sahip olmalıdır.
20- Femoral komponent femoral-meniskal artikülasyonda sabit flexion radiusuna sahip olmalıdır.
21- Femoral komponentin distal yüzeyi slota sahiptir ve kemiği bu şekilde kesen enstrumantasyonu bulunmalıdır.
22- 3 pegli üç boydan oluşan dome patellası bulunmalıdır.
23- Zor primer artroplastide kullanımda sistemin esnekliğini artırmak amacıyla tibial komponentle kullanılmak üzere moduler stem extensionlara sahip olmalıdır. Stem extensionlar COCR malzemeden üretilmiş olmalıdır.
24- Bağ kesen-bağ koruyan femoral komponente sahip olmalıdır.
25- Femoral komponentlerde rotasyonu önlemek amacıyla 2 adet peg bulunmalıdır.
26- Protezler en az 2 kat steril paket içinde ve Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
27- Malzemelerin CE uygunluğu gösterir belgeleri bulunmalıdır.
28- Malzemeler herhangi bir markayı işaret etmemelidir.
29- Malzemelerin ubb kaydı olmalıdır.

Bağ Kesen Femoral Component	-AP2230
Bağ Koruyan Femoral Component	-AP2300
Tibial Component	-AP2660
Bağ Kesen Highly Crosslink Hareketli Insert	-AP2530
Bağ Koruyan Highly Crosslink Hareketli Insert	-AP2530
Bağ Kesen Sabit Insert	-AP2460
Bağ Koruyan sabit Insert	-AP2610
Yıkama	- AP3150
Cement	- AP3220
Ant. Cement	- AP3180