T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Cemal Yoğurtçu işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter K.Duran.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0920	ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) REKONSTRÜKSİYONU MALZEME SETİ (AE0920)	1	Takım		
2		AE1620	İNTERFERANS VİDASI TÜM BOYLAR	1	Adet		
3		AE1090	ENDOBULTUAN	1	Adet		
4		AE1030	STAPLE	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.01.2022 16:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

ARTROSKOPİ ACL ÜRÜN ŞARTNAMESİ AE0920

FEMORAL ASKI SİSTEMİ (AE1090)

adet delik olmalı ve bu deliklerden geçirilmiş 1 adet 5mm fiberwire çekme sütürüve grafti taşımak için

- Button titanyumdan imal edilmiş ve 3,0 mm eninde, 12 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Buttonda iki üzerinde çintuzagı kitleme bulunan 1 adet 2 numara fiber wiresütür olmalıdır.
- Button üzerinde, tünelden dışarı çekmeye yarayan 5 numara polietilen gövdeli polyester kaplı sütür bulunmalıdır.
- Greft asansör sistemi üstten ve yukarı yönlü kilitlemeli olmalıdır

PEEK İNTERFERENCE SCREW (AE1620)

- Artroskopik ACL-PCL Rekonstrüksiyonunda ve açık ameliyatlarda kemikli ve yumuşak doku tespitinde kullanılabilmelidir.
- Ortası kanüllü olmalı, delik çapı 1.2 mm olmalıdır.
- Peek-Optima Polimer (PEEK) Teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
- Uca doğru daralan konik şeklinde olmalıdır.
- Dış çaplar 6,7,8,9 ve 10 mm aralığında olmalıdır.
- Peek vida boyları 20-25-30 mm olarak 3 boy olmalıdır.
- Yivler aralığı 2.4 mm olmalıdır
- Tümü yivli olmalıdır.
- Kullanıma hazır ve Sterile Etilen Oksit tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
- Sterilizasyon süreleri minimum 3 yıl olmalıdır.
- Ürün üzerinde CE markalama ve Lot bilgisi olmalıdır.

LIGAMENT STAPLE (AE1030)

- Yumuşak doku veya ligamentfiksasyonunda kullanılabilmeli
- U şeklinde ve iç orta kısmında yumuşak dokuyu tesbit etmeye yarayan dişler olmalıdır
- Ayak uzunluğu Max. 2.1 cm olmalı
- Üretim maddesi cobalt-chromıum olmalı
- Tutunma yüzeyini arttıracak ayaklar üzerinde ters çıkıntılar olmalı
- İç genişliği XXXX mm olmalıdır

DRILL TIP GUIDE PIN (AE2310)

- Çapı 2,4 mm Olmalı
- Uzunluk 31 cm Olmalı
- Ucu Yivli Dril Tıp Olmalı
- Yiv Uzunluğu 1,4 mmOlmalıdır
- Paslanmaz Çelik Olmalı

GUIDE PIN W/SUTURE EYE (AE2310)

- Madde Paslanmaz Çelik Olmalı
- Uzunluk 43,5 cm Olmalı
- Çapı 2.4 mm Olmalı
- Uç Kısmı Trokar Tıp Olmalı

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Hasan MULLAOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 162240