T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Kadir Pehlivan İsimli Hastanın 4 Kalem Ortopedi Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yasemin DİKENER
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0920	ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) TAMİR SETİ (AE0920)	1	Takım		
2		AE1070	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ ASKI SİSTEMİ DÜĞMELİ/LOOPLU	1	Adet		
3		AE1620	İNTERFERANS VİDASI TÜM BOYLAR	1	Adet		
4		AE1030	ÇİVİLİ TESPİT ZIMBASI	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:21.02.2022 Saat:08.00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf:322 460 43 50/6131 Fax:322 460 43 59
e-mail: cukurovadh.satinalma @saglik.gov.tr

ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) ŞARTNAME (AE0920)

ÇİN DÜĞÜMLÜ ASANSÖR SİSTEMLİ FEMORAL ASKI SİSTEMİ (AE1070)

- Button titanyumdan imal edilmiş ve 3,0 mm eninde, 12 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Buttonda iki adet delik olmalı ve bu deliklerden geçirilmiş 1 adet 5mm fiberwire çekme sütürüve grafti taşımak için üzerinde çintuzagı kitleme bulunan 1 adet 2 numara fiber wiresütür olmalıdır.
- Button üzerinde, tünelden dışarı çekmeye yarayan 5 numara polietilen gövdeli polyester kaplı sütür bulunmalıdır.
- Greft asansör sistemi üstten ve yukarı yönlü kilitlemeli olmalıdır

FULL THREAD BIO-INTERFERENCE SCREW (AE1620)

- Vida PLLA (Poly(L-Lactide) Acid) Maddesinden Olmalıdır
- Çapı 7-8-9-10-11-12 mm Ve Konik Olmalıdır
- Toplam Uzunluk Her Ölçü İçin 2,8 cmOlmalıdır
- Sıkıştırma Uzunluğu 2,5 cm Olmalıdır
- Tümü Yivli Ve Künt Olmalıdır
- Kanüllü ve Kanül Çapı 1 mmOlmalıdır
- Altıgen tornavida ucu vidanın tamamına girebilmelidir

SHEATHED BIO-INTERFERENCE SCREW (AE1620)

- Vida PLLA (Poly(L-Lactide) Acid) Maddesinden Olmalıdır
- Çapı 7-8-9-10 mm Ve Konik Olmalıdır
- Toplam Uzunluk Her Ölçü İçin 2,3 cmOlmalıdır
- Vida Arkası 0,4 mm Genişliğinde Tam Yuvarlatılmış Olmalı
- 1,9 Mm Uzunluğunda Künt Yivli Olmalıdır
- Yiv Aralığı 2,0 mmOlmalıdı
- Kanüllü ve Kanül Çapı 1,1 mm Olmalı
- Altıgen tornavida ucu vidanın tamamına girebilmelidir

LIGAMENT STAPLE (AE1030)

- Yumuşak doku veya ligamentfiksasyonunda kullanılabilmeli
- U şeklinde ve iç orta kısmında yumuşak dokuyu tesbit etmeye yarayan dişler olmalıdır
- Ayak uzunluğu Max. 2.1 cm olmalı
- Üretim maddesi cobalt-chromıum olmalı
- Tutunma yüzeyini arttıracak ayaklar üzerinde ters çıkıntılar olmalı
- İç genişliği XXXX mm olmalıdır