T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Bülent Serin işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		TV1330	MİNİ PLAK	2	Adet		
2		TV1010	KENDİNDEN YİV AÇAN/STANDART TİTANYUM/COCR KORTİKAL KİLİTSİZ 1.0 - 3.0MM VİDA TÜM BOYLAR (TV1010)	15	Adet		
3		TV1150	KİLİTLİ KORTİKAL VİDA.	15	Adet		
4		TV2890	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM/COCR 1.5 - 4.5 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR	5	Adet		
5		TV2910	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM/COCR 4.6 - 8.0 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR	5	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:31.03.2022

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
BÜLENT SERİN / E / 58
T.C:26458973802- B.Adı:MUHARREM
D.Tar:31.01.1964 / D.Yeri:KONYA
Adres:YENİCE MAH. OKUL SK. No:11/2
MERSİN/TARSUS / 0 (552) 938 38 23
Yat.Tar: 31.03.2022 07:56:09-SGK(SSK)
Uzm.Dr. EVREN ÖZŞEKER
Y 220005307 / Ortopedi Ser

METACARPAL VE PHALANGE MİNİ PLAK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünler, Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- Sette Phalanges ve Metacarpal Düz plaklar, T plaklar, L Plaklar, Oblique T plaklar ve W- tipi plaklar mevcut olup ag kaplı olmalıdır.
- Plaklar 2.0 mm vida ile uygulanmalıdır.
- 2.0 mm vidalar 8 mm ile 20 mm arasında 2 mm artan boylarda en az 15'er adet mevcut olmalıdır.
- Ürünün çakma seti taşıma konteyner'ı ile eksiksiz teslim edilmelidir.
- Tornavida vidayı hiçbir aparat yardımı olmadan setten düşmeden alabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

PLAK : TV1330
KİLİTLİ VİDA :TV1150
KORTİKAL VİDA :TV1010

Adana Çukurova Devlet Hastanesi
Op. Dr. Evren ÖZŞEKER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 141683

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
BÜLENT SERİN / E / 58
T.C:26458973802- B.Adı:MUHARREM
D.Tar:31.01.1964 / D.Yeri:KONYA
Adres:YENİCE MAH. OKUL SK. No:11/2
MERSİN/TARSUS / 0 (552) 938 38 23
Yat.Tar: 31.03.2022 07:56:09-SGK(SSK)
Uzm.Dr. EVREN ÖZŞEKER
Y 220005307 / Ortopedi Ser

BAŞSIZ KANÜLLÜ VİDA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- Vidalar ISO 5832/3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun Titanyum materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
- Vidalar 2,5 mm, 3,5 mm ve 4 mm çaplarda olmalıdır.
- Çap 2,5 mm vidalar, 8 ile 18 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- Çap 3,5 mm vidalar, 16 ile 40 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- Çap 4 mm vidalar, 16 ile 30 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- Vidalar kanüllü olmalı ve klavuz tellerle kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Vidalar, tüm çakma çıkarma parçaları ile tam set olarak sunulmalıdır.
- Vidaların UBB kayıtları mevcut olmalıdır.

VİDA SUT KODU : TV2890 / TV2910

Adana Çukurova Devlet Hastanesi
Op. Dr. Evren ÖZŞEKER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 141983