T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Ayşe Aksoy İçin 4 Kalem Ortopedi Malz. Alm. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Murat BULUT
Satın Alma Sorumlusu

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AP2050	ÇİMENTOSUZ STEM ÇİFT KAPLAMA	1	Adet		
2		AP1750	MODÜLER HEAD CrCo	1	Adet		
3		AP1880	BIPOLAR CUP	1	Adet		
4		TV5750	KABLOLAR VE BANDLAR, ELASTİK KABLO, ORTAK KULLANIM,TÜM KEMİKLER,YARDIMCI ÜRÜNLER,KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) ,POLİMER,TÜM BOYLAR (TV5750)	5	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.05.2022

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgil olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunur doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Çukurova Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi Kurttepe Mahallesi
Süleyman Demirel Bulvarı 83027 Sokak No:4 01170 Çukurova/ADANA
TEL:0322 4604350 FAKS:0322 4604353
cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr - https://cukurovadh.saglik.gov.tr/

Bilgi için: Murat BULUT
Satın Alma Birimi
Dahili: 6132

Çimentosuz Parsiyel Bipolar Kalça Protezi	
AP2050	Cementsiz Poroz Üzeri Hidroksiapatit Kaplı Stem
AP1750	Modular Head CrCo
AP1880	Bipolar Baş CrCo

1-Çimentosuz femoral stemlerin malzemesi ISO 5832-11 standardına uygun titanyum veya alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
2-Çimentosuz femoral stemlerin 1/3 lük proximal kısmı porous üzeri Hidroksiapatit kaplı olmalıdır. Çimentosuz femoral stemler 10 ayrı boyda imal edilmiş olmalıdır. Stemler kare kesit sisteminde değil, yuvarlak kesite sahip olmalıdır. Kare kesit stemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-Setin içerisindeki raspalar modular olup aynı zamanda test stem olarak da kullanılabilmektedir.
4-Çimentosuz femoral stemlerin monoblok yapıları dışında, boyun kısımları modular olan sistemi de mevcut olmalıdır.
5-Modular boyunlu femoral stemler anatomik veya düz yapıda, 5 ayrı size da olmalıdır. Modular boyunlu femoral stemlerin her size ı için modular boyunlar varus, valgus, antevert ve retrovert açılandırmayı sağlayacak offset seçeneklerine ayrı ayrı sahip olmalıdır.
6-Modular boyunlu femoral stemler; stem ve boyun olarak ayrı ayrı da olsa sistem olarak femoral stemi oluşturduğundan tek bir stem olarak fatura edilecektir.
7-Setin içerisindeki raspalar modular olup aynı zamanda test stem olarak da kullanılabilmektedir. Bıçaklı bileme sistemine sahip olmalıdır.
8-28 mm Küreler ASTM F75 veya ISO 5832-IV standardına uygun CrCoMo alaşımlı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. İstenildiği takdirde; CrCoMo alaşımlı kürelerin kemik CrCoMo alerjisini minimize edecek titanyum nitrat kaplamalı aynı size alternatifi de mevcut olmalıdır.
9-Femoral stemlerin küre uygulama konikleriyle uyumlu yapıda koniğe sahip olmalıdır. Üzeri parlatılmış CrCo yapıda olanlar 5 farklı boyda olmalıdır.
10-28 mm Küreler steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.
11-Double (Bipolar) Cuplar CrCoMo alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
12-Tüm yüzeyi parlak olup birer size aralıklarla 38 mm den 60 mm ye kadar 23 ayrı boyda olmalıdır. İstenildiği takdirde kemik CrCoMo alerjisini minimize edecek titanyum nitrat kaplamalı aynı sizelarda bipolarlarda mevcut olmalıdır.
13-Bipolar ınsertin malzemesi ISO 5834-2 standardında yüksek molekül ağırlıklı UHMW-PE den imal edilmiş olmalıdır.
14-Bipolar ınsertin iç kısmı 28 mm Modular kürenin oturmasına imkan verecek tipte olmalıdır. Modular küreyi kilitleyecek emniyet çemberine sahip olmalıdır.
15-Bipolar Cuplar steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.
16-Yukarıdaki listede verilen SUT kodları bire bir uyumlu olmalıdır. Ayrıca tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

Alımı yapılan her set ile ilgili hastanede steril edilecek olup strelizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinden 3.000 tl ye kadar olan fatura bedellerinden 30tl. 3.000 tl nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir.Yüklenici tarafından steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUB) \ÜRÜN Takip Sistemi (ÜTS) kayıt\bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.Sağlık Bakanlığı nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatına uygun ürün olmalıdır.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi
Op. Dr. Evren ÖZSEKER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Sicil No: 141693

ELASTİK POLİMER SERKLAJ BAND ŞARTNAMESİ

SUT : TV 5750

- Ürün UHMWPE güçlendirilmiş malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Malzeme tüm kemik kırıklarına uygun yapıda olmalıdır.
- Malzeme enaz 5 mm genişlikte olmalıdır. Uzunluklarenaz 300 en fazla 500 mm arasında, farklı boylarda olmalıdır.
- Malzeme kırık hattına uygulanabilmelidir.
- Band düşük profilli olmalı ve plak üzerinden uygulanabilmeledir.
- Otomatik gerdirici sistemi tek bir bağlamayla hem gerdirmeli hemde kilitlemelidir.
- EO ile steril edilmiş olmalıdır.

Alımı yapılan her set ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinden 3.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 30 TL. 3.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir. Yüklenici tarafından Steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUB) \ÜRÜN Takip Sistemi (ÜTS) kayıt\bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.Sağlık Bakanlığı nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatına uygun ürün olamlıdır.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi
Op. Dr. Evren ÖZŞEKER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Tıp Tes. No: 14655