T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 9 kalem Semra Demir İsimli Hasta İçin 9 Kalem Ortopedi Malzeme Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Murat BULUT
Satın Alma Sorumlusu

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		TV2890	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM/COCR 1.5 - 4.5 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR	5	Adet		
2		TV2910	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM/COCR 4.6 - 8.0 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR	5	Adet		
3		TV3113	ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)(TV3113)	1	Adet		
4		TV3570	TÜP'TEN TÜP'E/ROD'DAN ROD'A KLEMPİ ALÜMİNYUM-TİTANYUM-KOMPOZİT-KARBON TÜBÜLER TÜM BOYLAR (TV3570)	5	Adet		
5		TV3590	ROD TO PİN KLEMP TİTANYUM KÜÇÜK	10	Adet		
6		TV3720	KARBON ROD (TV3720)	5	Adet		
7		TV5120	SCHANZ SCREW5*200 mm (TV5120)	12	Adet		
8		AE1250	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ TİTANYUM 3.5 MM VE ALTI (AE1250)	2	Adet		
9		AE1260	5.0 İĞNELİ ANCHOR	2	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:04.07.2022

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 180 (Yüzseksen) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatıracak veya fatura başı hastane veznesine (hesabına) yatıracaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir.
Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Çukurova Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi Kurttepe Mahallesi
Süleyman Demirel Bulvarı 83027 Sokak No:4 01170 Çukurova/ADANA
TEL:0322 4604350 FAKS:0322 4604353
cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr - https://cukurovadh.saglik.gov.tr/

Bilgi için: Murat BULUT
Satın Alma Birimi
Dahili: 6132

EKSTERNAL FİKSATÖRLER
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem içerisinde Uzatma kırıkları için kullanılabilecek Fiksatör tipleri bulunmalıdır.
2. Uzatma yapabilme dizaynına sahip olmalıdır.
3. fiksatörler üzerinde Kompresyon ve Distraksiyon yapmaya yarayan üniteler bulunmalıdır.
4. Fiksatör çeşitleri hafiflik sağlaması açısında gövde kısımları ASTM 7075-T6 Alüminyum malzemeden, bağlantı elamanları ise AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmelidir.
5. Fiksatör kaplamaları sterilizasyondan etkilenmeyen alüminyum kaplama ile kaplanmalıdır.
6. Fiksatör küresi kaymayı engelleyici özel bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Fiksatörlerin CE, üretici firma ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 kalite sistem belgelerine sahip olmalı.
8. Fiksatörler üzerine Ürün Markası, CE markası, Lot numarası ve boyutu Lazer Yazı yazılmış olmalıdır.
9. Ürünler çizilerek enfeksiyon oluşumuna neden olmamaları için vakumlu paketlenmiş şekilde sunulmalıdır.

SUT KODU: TV3113

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Deniz KALAYCI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 115380

BAŞSIZ KANÜLLÜ VİDA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- Vidalar ISO 5832/3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun Titanyum materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
- Vidalar 2,5 mm, 3,5 mm ve 4 mm çaplarda olmalıdır.
- Çap 2,5 mm vidalar, 8 ile 18 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- Çap 3,5 mm vidalar, 16 ile 40 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- Çap 4 mm vidalar, 16 ile 30 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- Vidalar kanüllü olmalı ve klavuz tellerle kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Vidalar, tüm çakma çıkarma parçaları ile tam set olarak sunulmalıdır.
- Vidaların UBB kayıtları mevcut olmalıdır.

VİDA SUT KODU : TV2890 / TV2910

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Deniz KALAYCI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 115380

CORKSCREW II SUTURE ANCHOR (AE1260)_

- Kemiğe Vidalanarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılmalıdır,
- Kemiğe Tespit Malzemesi Titanyum Bileşeninden Oluşmalıdır,
- Vida İç Gövde Çapı 2mm , Yiv Çapı 5mm Olmalıdır,
- Vida Toplam Uzunluğu 15.5mm Olmalıdır,
- Vida Arkasından Geçirilmiş Yumuşak Doku Tespiti İçin 2 Adet Farklı Renklerde 2 numara polietilen gövdeli polyester kaplı Dikiş Materyali Bulunmalıdır,
- Suture Kopma Dayanıklılığı en az 27 Kg olmalıdır,
- İplerin Rahat Hareketini Sağlamak İçin Vida Arkasında İki Adet Ayrı Yuva Yan Yana Olmalıdır,
- Kemiğe Tespit Ederken , Kendi Tornavidasına Takılı Olup Başka Bir Alete Gereksinim Duyulmamalıdır.
- Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir
- Kemiğe Tespit, Vidalama Yöntemi İle Yapılmalıdır.
- Gerekli Durumlarda Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabilme İmkanı Olmalıdır
- Tornavidasının Toplam Uzunluğu 23 cm Olmalıdır
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır,
- Tekkullanımlık cift kat steril paketlerde olmalıdır____

3.5MM ANCHOR (AE1250)

- Kemiğe Çakılarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılmalıdır
- Self taping özellikte olup kendiliğinden kemiğe yer açıp yerleştirilmeli ve başka bir yer açıcı alete gerek duyulmamalıdır.
- İmplant 2 ayrı parçadan oluşmalı, uç kısım konik ve sivri özellikte titanyum maddesinden ve ana gövde PEEK(poly-ether-ether-ketone) materyalinden, Oluşmalı ve kendine özel çakıcısı üzerinde olmalıdır
- İmplant uç kısmı tesbit suturelerinin geçirileceği deliğe sahip olmalı
- İmplantın ana gövdesi kemiğe çakıldığında uç kısmın geri gelmemesini sağlamalıdır
- İmplant ana gövdesi çapı 4.5 mm ve toplam uzunluğu 18.5 mm olmalıdır,
- Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir
- Yumuşak Dokuların Kemiğe Tesbitinde düğüm atmaya gerek kalmadan çakma Yöntemi İle Tesbit Yapılmalıdır.
- Gerekli Durumlarda Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabilme İmkanı Olmalıdır
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır,

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Deniz KALAYCI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 115380