T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 kalem Feyruze Alkan işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0980	OMUZ CUFF TAMİR SETİ(AE0980)	1	Takım		
2		AE1250	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ TİTANYUM 3.5 MM VE ALTI (AE1250)	3	Adet		
3		AE1260	İĞNELİ SÜTUR ANKOR	3	Adet		
4		AE1451	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ PEEK 3.5 MM VE ALTI (AE1190)	3	Adet		
5		AE1140	AKROMİOKLAVİKULAR (AC) ASANSÖR ASKI SİSTEMİ İMPLANTI	3	Adet		
6		AE1530	ÇAKILABİLİR DÜĞÜMSÜZ DÜBELLİ ANKOR SÜTÜRSÜZ PEEK TÜM BOYLAR...	3	Adet		
7		AE1540	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ DÜBELLİ/KANATLI/VİDALI/ZIMBALI KENDİNDEN SÜTÜRSÜZ DÜĞÜMSÜZ ANKORLAR PEEK 3.6MM VE ÜZERİ (AE1540)	3	Adet		
8		AE1452	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ PEEK 4.5 MM VE ALTI	3	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:26.07.2022 08:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatıracak veya fatura başı hastane veznesine (hesabına) yatıracaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir.
Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında alınacaktır.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

ROTATOR ONARIMI MALZMEME SET ŞARTNAMESİ SUT KODU : AE 0980

BANKART ONARIMI SET ŞARTNAMESİ SUT KODU : AE 0970

DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR TİTANYUM 3.5mm VE ALTI

SUT KODU : AE 1250

- Anchor, çapa şeklinde ve kanatlıdır.
- Gövdesi titanyum, kanatları esnek olabilmesi için Nitinol malzemeden üretilmiştir.
- 2 veya 4 kanatlı seçenekleri vardır.
- Gövde çapları, 1.3mm veya 1.8mm veya 2.4mm veya 2.8mm 'dir.
- Anchor, iticisi, sütürleri ve iğneleri ile aynı paket içinde, steril ve kullanıma hazırdır.
- Ankorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan sütür çeşitlerine sahiptir.

DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA /VİDA/ZIMBA ANKORLAR TİTANYUM 3.6mm VE ÜZERİ

SUT KODU : AE 1260

- Gövdesi silindirik ve vida şeklindedir.
- Daha güçlü fiksasyon için 10 yivli seçeneğide bulunmalıdır,
- 10 yivli seçeneğinde 5 yiv kortikal kemikle, 5 yiv spongioz kemikle temas halindedir.
- Gövde Titanium malzemeden üretilmiştir.
- Gövde çapları 4.5 mm, 5.0 mm 5.5 mm ve 6.5 mm'dir.
- Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmalı ve sütürankora takılıdır.
- Sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.
- Çift iplidir.
- Sütür ayrımının kolay olması için, sütürler farklı iki renktedir.
- Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygundur.
- Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumdadır.

DÜĞÜMSÜZ ANKORLAR PEEK/PEEK+TITANYUM 3.6mm VE ÜZERİ

SUT KODU : AE 1451

- Paket içerisinde; implant, suture yükleyici, ortocordsuture(2 adet farklı renk) ve arka çakma tıpası bulunmaktadır.
- Ankor,peek+peek ve titanium+ peek polietilenden üretilmiştir
- Sivriltilmiş ucu sayesinde kortikal yüzeye kolay giriş sağlar
- Ankor özel bir metal göndericiye sabitlenmiş halde bulunmaktadır.
- Çeşitli tekniklerde düğüm atmaya elverişlidir.
- 79 lbs çekme kuvveti vardır
- Özel tabancası ile suture gerginliğini kontrol etmeyi sağlar
- Subkortikalpressfit tutulum sağlar
- Yüklenmemiş çapı 4,9 mm, kemik içerisindeki çapı 6,3 mm dir

Kemik içerisindeki 17 mm uzunluğu vardır. ASKI SİSTEMİ ÇİFT DÜĞMELİ ASANSÖR SİSTEM TİTANYUM TÜM BOYLAR

SUT KODU : AE 1140

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda yumuşak doku greftlerinin femoral fiksasyonunda kullanılır.
Greftin ortasından geçip grefti asacak şekilde düğümsüz(braided,loop,UHMW-PE) ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen fiber liflerden yapılmış hareket edebilen iplere sahip olmalıdır.
4 farklı size bulunmalıdır. Anteriomedial portal girişim için 70mm, transtibial girişim için 110mm, Revizyonlar için X-long 70mm ve 110mm size olmalıdır.
Düğümsüz iplik dört delikli 12.2mm uzunluğunda, 3.9 mm genişliğinde 1.5mm eninde bir düğmeye bağlı olmalıdır.
İmplant titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
Düğmenin boşta kalan deliklerinde konumlandırılmasına yardımcı dikiş iplikleri bulunmalıdır. Bu ipler 2 farklı renkte olmalıdır. Usp 5 ve hammadesi UHMW-PE olmalıdır.
İmplant tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde üretilmiş olmalıdır.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Hasan MULLAOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 165240

DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR TİTANYUM

SUT KODU : AE 1530
Anchor, çapa şeklinde ve kanatlıdır.
Gövdesi titanyum, kanatları esnek olabilmesi için Nitinol malzemeden üretilmiştir.
2 veya 4 kanatlı seçenekleri vardır.

Gövde çapları, 1.3mm veya 1.8mm veya 2.4mm veya 2.8mm 'dir.
Anchor, iticisi, sütürleri ve iğneleri ile aynı paket içinde, steril ve kullanıma hazırdır.
Ankorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan sütür çeşitlerine sahiptir.

DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA /VİDA/ZIMBA ANKORLAR TİTANYUM 3.6mm VE ÜZERİ

SUT KODU : AE 1540

- Gövdesi silindirik ve vida şeklindedir.
- Daha güçlü fiksasyon için 10 yivli seçeneğide bulunmalıdır,
- 10 yivli seçeneğinde 5 yiv kortikal kemikle, 5 yiv spongioz kemikle temas halindedir.
- Gövde Titanium malzemeden üretilmiştir.
- Gövde çapları 4.5 mm, 5.0 mm 5.5 mm ve 6.5 mm'dir.
- Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmalı ve sütürankora takılıdır.
- Sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.
- Çift iplidir.
- Sütür ayrımının kolay olması için, sütürler farklı iki renktedir.
- Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygundur.
- Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumdadır.

DÜĞÜMSÜZ ANKORLAR PEEK/PEEK+TITANYUM 3.6mm VE ÜZERİ

SUT KODU : AE 1452

- Paket içerisinde; implant, suture yükleyici, ortocordsuture(2 adet farklı renk) ve arka çakma tıpası bulunmaktadır.
- Ankor,peek+peek ve titanium+ peek polietilenden üretilmiştir
- Sivriltilmiş ucu sayesinde kortikal yüzeye kolay giriş sağlar
- Ankor özel bir metal göndericiye sabitlenmiş halde bulunmaktadır.
- Çeşitli tekniklerde düğüm atmaya elverişlidir.
- 79 lbs çekme kuvveti vardır
- Özel tabancası ile suture gerginliğini kontrol etmeyi sağlar
- Subkortikalpressfit tutulum sağlar
- Yüklenmemiş çapı 4,9 mm, kemik içerisindeki çapı 6,3 mm dir
- Kemik içerisindeki 17 mm uzunluğu vardır.

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. H[illegible]an MULLAOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 165240