T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 kalem Nazım Karapınar işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0920	ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) TAMİR SETİ (AE0920)	1	Takım		
2		AE1070	FEMORAL ASKI SİSTEMİ	3	Adet		
3		AE1090	FEMORAL İMPLANT	1	Adet		
4		AE1620	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ ASKI SİSTEMİ DÜĞMELİ/LOOPLU	1	Adet		
5		AE1030	ÇİVİLİ TESPİT ZIMBASI	1	Adet		
6		AE2220	GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜR	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29.11.2022 09:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatıracak veya fatura başı hastane veznesine (hesabına) yatıracaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir.
Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA
Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) ŞARTNAME (AE0920)

ÇİN DÜĞÜMLÜ ASANSÖR SİSTEMLİ FEMORAL ASKI SİSTEMİ (AE1070)

- Button titanyumdan imal edilmiş ve 3,0 mm eninde, 12 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Buttonda iki adet delik olmalı ve bu deliklerden geçirilmiş 1 adet 5mm fiberwire çekme sütürüve grafti taşımak için üzerinde çintuzagı kitleme bulunan 1 adet 2 numara fiber wiresütür olmalıdır.
- Button üzerinde, tünelden dışarı çekmeye yarayan 5 numara polietilen gövdeli polyester kaplı sütür bulunmalıdır.
- Greft asansör sistemi üstten ve yukarı yönlü kilitlemeli olmalıdır

FULL THREAD BIO-INTERFERENCE SCREW (AE1620)

- Vida PLLA (Poly(L-Lactide) Acid) Maddesinden Olmalıdır
- Çapı 7-8-9-10-11-12 mm Ve Konik Olmalıdır
- Toplam Uzunluk Her Ölçü İçin 2,8 cmOlmalıdır
- Sıkıştırma Uzunluğu 2,5 cm Olmalıdır
- Tümü Yivli Ve Künt Olmalıdır
- Kanüllü ve Kanül Çapı 1 mmOlmalıdır
- Altıgen tornavida ucu vidanın tamamına girebilmelidir

SHEATHED BIO-INTERFERENCE SCREW (AE1620)

- Vida PLLA (Poly(L-Lactide) Acid) Maddesinden Olmalıdır
- Çapı 7-8-9-10 mm Ve Konik Olmalıdır
- Toplam Uzunluk Her Ölçü İçin 2,3 cmOlmalıdır
- Vida Arkası 0,4 mm Genişliğinde Tam Yuvarlatılmış Olmalı
- 1,9 Mm Uzunluğunda Künt Yivli Olmalıdır
- Yiv Aralığı 2,0 mmOlmalıdı
- Kanüllü ve Kanül Çapı 1,1 mm Olmalı
- Altıgen tornavida ucu vidanın tamamına girebilmelidir

ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
NAZIM KARAPINAR
Doğum Tarihi: 01.06.2002 / Dosya No : 520805
T.C. No: 13535903098
Prot. No : 220922075 Kurumu:SGK (Genel S
Başvuru Tarihi :11.11.2022 09:46:14
Tahmini Mua. Saat:09:53:00 10:53:00 SIRA Nı
Doktor : Uzm.Dr.SEDAT YENİOCAK
65

LIGAMENT STAPLE (AE1030)

- Yumuşak doku veya ligamentfiksasyonunda kullanılabilmeli
- U şeklinde ve iç orta kısmında yumuşak dokuyu tesbit etmeye yarayan dişler olmalıdır
- Ayak uzunluğu Max. 2.1 cm olmalı
- Üretim maddesi cobalt-chromium olmalı
- Tutunma yüzeyini arttıracak ayaklar üzerinde ters çıkıntılar olmalı
- İç genişliği XXXX mm olmalıdır

ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Sefa KILIÇ
Dip. Tes. No: 141544
Ortopedi ve Travmatoloji