

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Çukurova Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hasan Kıvrak işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Çukurova Devlet Hastanesi
Kübra DURAN ASLANKURT
Tıbbi Sekreter
K. Duran.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		KV2041	PERİFERİK ANJİYOPLASTİ BALON KATETER İLAÇ SALINIMLI 0,018 İNÇ OTW (KV2041-GR2008)	2	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.04.2023 09:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
- 12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatıracak veya fatura başı hastane veznesine (hesabına) yatıracaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir. Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ

İletişim: Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA

Tlf: 0322 460 46 50 Fax:0322 460 43 56 e-mail: cukurovadh.satinalma@saglik.gov.tr

KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 018", OTW KV2041

- Periferik arterlerde perkütan transluminal anjiyoplasti (PTA) işlemi için tasarlanmış olmalı; iliak, böbrek, SFA, popliteal, dizaltı, arteriovenöz diyaliz fistüllerinde, femoral ve iliofemoral obstrüktif lezyonlarda kullanılabilir.
- Balon Kateteri, Over-the-wire sisteme sahip ve semi-compliant olmalı, her iki ucunda radyopak işaret bulunmalıdır.
- Balon Kateteri paklitaksel ilaç yüklü olmalıdır.
- Balon Kateteri, Citrate Ester ekspanzyon ve paklitaksel ilaçtan oluşan özel kaplama teknolojisi sayesinde ilaç kaplama bütünlüğünü optimize etmeli ve hedeflenen doku ilaç düzeyine sadece 2 mikrogram/ mm² doz ilaç ileterek ulaşmalıdır. Doku ilaç düzeyi ilk 7 günde 6 ng/mg'ın, 21. Günde ise 1.9 ng/mg'ın altına düşmemelidir.
- Balon Kateteri Transpax kaplaması sayesinde yerleştirme ve şişirme sırasında minimum oranda distal ilaç kaybına imkan vererek öngörülebilir ve tutarlı ilaç tedavisi sağlamalıdır.
- Transpax teknolojisi minimum ilaç kaybına imkan verdiği için her durumda lezyonun pre dilatasyonu gerekmemeli sadece lezyonun proksimalinde % 50'den fazla stenoz olduğunda pre dilatasyon gerekmektedir.
- Yine minimum oranda ilaç kaybını sağlamak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla balonu introducer'a yerleştirme ve ilerletme esnasında ilaç kaplamasını ve balonu korumak amacıyla Balon Kateteri bir yükleme aparatı ile donatılmış olmalıdır.
- Balon Kateteri 80, 120 ve 150cm şaft uzunluklarına sahip olmalıdır.
- Balon Kateteri, 2.5,3,5 4, mm çap ve çaplara göre değişen 30-150 mm aralığında uzunluk alternatiflerine sahip olmalıdır.
- Balon Kateteri hem .014" kılavuz tel hem de .018" Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
- Balon Kateteri'nin tip uzunluğu 6.5mm'den kısa olmalı, balon ve kateter birleşme noktası Trak Tip laser teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve bağlantı izi olmamalıdır. Böylelikle Kılavuz telin üzerinde kolaylıkla itilebilmeli ve en dar lezyonlardan bile en az sürtünme ile geçebilmelidir.
- Balon Kateterin uç kısmının Guiding Kateter'den çıkışını göstermesi için 80 ve 90 cm şaft uzunluğuna sahip balonlarda 50. ve 60. cm'lerde , 135 ve 150 cm şaft uzunluğuna sahip balonlarda ise 90. ve 100.cm'lerde ikişer adet çıkış marker'ı bulunmalıdır.
- Balon Kateteri'nin tüm ölçüler için nominal basıncı 6 ATM olmalıdır. RBP ise 7mm'e kadar olan balonlar için 14 ATM, 8mm için 12 ATM olmalıdır.
- Balon Kateterinin 3.5 mm çapa kadar olan tüm ölçüleri (3.5 mm dahil) 4F introducer sheath ile, üstü tüm ölçüler ise 4-5 ya da 6 F introducer sheath ile uyumlu olmalıdır.
- Balon Kateteri, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİK
ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
Doc. Dr. H.rahim YILDIZ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tıp. No: 119107 - 02880

Adana Çukurova Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ahmet S. SALLIOĞLU
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
E-Posta: 111722